

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Material: Polipropileno, elástico, filtro de papel, liga metálica

Cor: Azul

Dimensão: 17,5 x 9,5 ± 1 cm

Esterilidade: Não estéril

Modelo: Máscara de uso único com três dobras e fixação na nuca através de tiras. Ajuste de fixação nasal que impede a fuga de ar à volta do nariz, adequada fixação resultante do modelo anatómico. Isentas de latex. São classificadas como máscaras cirúrgicas Tipo II ao abrigo da normativa EN 14683:2019.

FINALIDADE DO PRODUTO

Destinado à utilização por profissionais de saúde em ambiente hospitalar, com a finalidade de cobrir a boca e o nariz e assegurar ao doente uma proteção adequada contra eventual transmissão de agentes microbianos.


CLASSIFICAÇÃO

Dispositivo Médico de classe I - não estéril.

NORMATIVAS E DIRETIVAS

Dispositivo Médico de classe I, não estéril, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE.

Fabrico ao abrigo dos requisitos das Normas EN ISO 13485:2016 e EN ISO 9001:2015; EN 14683:2019.



Referência: 3205

T.U.

VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico.

LOGÍSTICA

Cartão com 2500 unidades. Composto por 50 caixas de 50 unidades cada.

SIMBOLOGIA APLICADA



RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

FABRICANTE

Raclac, S.A.